

Ref No :

Date :

.....

..... تاريخ

اعلان صادر عن المركز الوطني للبحوث الزراعية
يرغب المركز بطرح العطاء التالي :-

رقم العطاء	موضوع العطاء	ثمن نسخة دعوة العطاء	آخر موعد لبيع نسخة دعوة العطاء الساعة: 12.30 ظهراً	آخر موعد لإيداع العروض الساعة 12.30 ظهراً
2025 /20	جهاز قياس الامتصاص الذري (Atomic Absorption Spectroscopy)	(50) دينار	2025/12/23 الثلاثاء	2025/12/28 الاحد

على من يرغب شراء نسخة دعوة العطاء مراجعة مقرر لجنة الشراء الرئيسية في المركز الوطني للبحوث الزراعية / البقعة
(هاتف/301/4725071) مصطحبين معهم رخص المهن سارية المفعول والسجل التجاري وتفويض خطي باسم ورقم العطاء
تخوله بشراء واستلام وثيقة العطاء .
ملاحظات:-


*أجور الإعلان على من يرسو عليه العطاء مهما تكرر.

**للجنة المشتريات الحق بالغاء العطاء دون ابداء الاسباب ولا يترتب على هذا الالغاء اية مطالبات مالية وقانونية.

* الدخول على موقعنا الالكتروني www.narc.gov.jo للاطلاع على وثيقة العطاء .

المدير العام

الاستاذ الدكتور إبراهيم محمد الرواشدة





المركز الوطني للبحوث الزراعية
National Agricultural Research Center

نموذج استدراج اسعار

التاريخ :

الرقم المتسلسل لطلب الشراء:

مديرية اللوازم والعطاءات

الرقم	قائمة اللوازم	المطلوب		المواصفات	السعر الافرادي	السعر الاجمالي
		الوحدة	الكمية			
1	جهاز قياس الامتصاص الذري Atomic Absorption Spectroscopy	1	1	1. Line source for Single-Element lamp for this Elements Ca,Mg,Fe,Mn,Zn,Cu,Co,Cr,Cd, Ni, Pb,Mo. 2. Automatic flame ignition & optimization, with flame background correction. 3. Auto Burner height optimization: 0.5mm 4. Analyzing Multiple Elements: Lamp chamber 6 or more. (more is better) 5. Full safety interlocks, including pressure sensors on both lines, power failure protection, burner interlock and flame sensor. 6. Corrects for spectral interference between elements (due to neighboring) 7. Flame method only needed 8. Automizer: Auto samplers included with auto dilution to make sure the sample are in calibration range with stand kit. 9. High accurate: <5% relative error 10. Stability of reading:		

Precision $\leq 2\%RSD$

11. Detection limit from ppm to low ppb.

12. Range of reading is ppm as the sample for Soil, Plant, Water and Fertilizer lab.

13. Wavelength range of 185-900nm.

14. Air compressor oil free should be included.

15. Gas regulators should be included.

16. Air Hood fully stainless steel for the toxic gas.

17. Compatible UPS

18. Multi Element Standard should be provided.

19. تركيب كامل وتشغيل الجهاز والتأكد من التوصيلات

20. شامل تدريب على برنامج تشغيل الجهاز

21. شامل جميع الأجهزة المساندة من جهاز حاسوب وتطبيق الجهاز محدث بالإضافة الي طباعة

22. توفير شهادة معتمدة بوكالة حصرية من الشركة المصنعة

23. توفير خدمة ما بعد البيع ووجود صيانة محلية ذات خبرة

24. عمل معايرة للجهاز والتحقق منها باستخدام محاليل مرجعية معتمدة

25. كفاءة جهاز مدة 3 سنين على الأقل

26. التسليم خلال 3 شهور

.(

المجموع :- النهائي رقما) كتابة ()

اسم و توقيع المورد:

ختم المورد:

التاريخ: